GSI 18

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS ET DIMENSIONS

l x P x h : 32 cm x 22,4 cm x 8,1 cm

Poids : 1,1 kg

Packaging l x p x h : 40,6 cm x 40,6 cm x 20,3 cm

Poids à l'expédition : 3,4 kg

FRÉQUENCES

Plage : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, et 8000 Hz

Précision : +/- 2%

Taux de distorsion harmonique : < 2.5%

Temps de montée / descente : 20 à 50 msec

Format du signal : Continu, Pulsé (2,5 per sec), FM (+/- 5%, 5 Hz)

INTENSITÉS

DD45	125 Hz	-10 - 60 dB HL
	500 - 4000 Hz	-10 - 100 dB HL
	6000 Hz	-10 - 95 dB HL
	250 et 8000 Hz	-10 - 80 dB HL
DD65v2	125 Hz	-10 - 65 dB HL
	500 Hz	-10 - 95 dB HL
	750 - 4000 Hz	-10 - 100 dB HL
	250 et 8000 Hz	-10 - 85 dB HL
	8000 Hz	-10 - 80 dB HL

EAR 3A (en option)

Insert phones

125 Hz	-10 - 50 dB HL
500 - 4000 Hz	-10 - 90 dB HL
6000 Hz	-10 - 75 dB HL
250 et 8000 Hz	-10 - 70 dB HL

Taille de pallier 5 dB

Précision 125 à 4000 Hz +/- 3 dB
6000 et 8000 Hz +/- 5 dB

ACCESSOIRES STANDARD

Casque DD45 ou DD65v2 (10 ohms)

Mallette de transport

Bloc audiogramme (1 bloc de 50)

Manuel d'utilisation

Guide de référence rapide - seuil d'audiométrie

Alimentation électrique externe avec plusieurs adaptateurs

ACCESSOIRES EN OPTION

Insert phones EAR 3A (10 ohms)

Insert phones IP30

Poire reponse

Cordon de raccordement (1)

Couples audio

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation : 15° C à 40° C

Humidité d'exploitation : 15% à 95%

Pression ambiante d'exploitation : 98 à 104 kPa

Température de stockage : -69° C à 65° C

ALIMENTATION

Consommation électrique : 1,5 Watts

Tension : 100 - 240 VCA, 1,0 A max

Fréquence : 50/60 Hz

Piles, 5 chacun (en option) : Alkaline AA 1,5V ou rechargeable NiCad ou NiMH AA 1,2V

SYSTÈME DE QUALITÉ

Fabriqué, conçu, mis au point et mis sur le marché conformément à la norme ISO 13485

CONFORMITÉ

- ANSI S3.6 Audiomètre (Type 4)
- CEI 60645-1 Audiomètre (Type 4)
- CEI/EN 60601-1 Exigences en matière de sécurité pour l'équipement électrique utilisé en pratique médicale
- CEI/EN/60601-1-2 Exigences en matière de compatibilité électromagnétique pour l'équipement électrique utilisé en pratique médicale
- CSA C22.2 No.601-1-M90
- Directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux

501C-68 Rev D